

V/v Mời quan tâm cung cấp báo giá, tiến độ cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh gửi tới Quý các đơn vị quan tâm lời chào trân trọng và hợp tác.

Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh đang sử dụng thiết bị đo lưu lượng điện từ FEW432R0500S2BRE81BM4LPNRCDSC6 của hãng ABB để đo lượng nước thô sử dụng.

Chúng tôi đang có nhu cầu mua sắm thiết bị để thay thế. Bằng văn bản này, chúng tôi xin thông báo và mời các đơn vị quan tâm cung cấp báo giá theo mẫu tại Phụ lục chi tiết kèm theo. Để phục vụ công việc, báo giá thể hiện rõ, đầy đủ các nội dung sau:

- Hiệu lực của báo giá.
- Tiến độ cung cấp.
- Đơn giá và các chi phí liên quan đến việc giao hàng tại Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh (như thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển ...).
- Thiết bị báo giá phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu nêu tại phụ lục. Phải phù hợp với việc lắp đặt thay thế loại đang sử dụng và phải được kiểm định theo quy định hiện hành để phục vụ đo lường thanh toán thương mại.

Tài liệu báo giá xin gửi về Phòng KHVT – Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh trước ngày 23/7/2026 theo địa chỉ tổ 33, khu phố Hà Khánh 5, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh, điện thoại 02033.657539, fax 02033.657540 hoặc gửi qua gmail “[kehoachvattu.ndqn@gmail.com](mailto:kehoachvattu.ndqn@gmail.com)”.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Công ty (IT t/hiện);
- Lưu: VT, KHVT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Việt Dũng**

**Phụ lục**

(kèm theo Công văn số

/NDQN-KHVT ngày ...../...../2026)

**BÁO GIÁ**

.....,Ngày ..... tháng ..... năm 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Địa chỉ: Tổ 33, Khu phố Hà Khánh 5, Phường Cao Xanh, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Hiệu lực báo giá: ..... ngày;

Địa điểm giao hàng: Tại kho Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh;

Tiến độ cung cấp: Trong vòng ..... ngày kể từ ngày có xác nhận đặt hàng.

| STT | Tên VT                        | Thông số Kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Model/mác mã | Nhà sx | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (trước VAT) | Thành tiền (trước VAT) | Mức VAT | Ghi chú                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Thiết bị đo lưu lượng điện từ | <ul style="list-style-type: none"><li>- Áp suất danh nghĩa: PN16.</li><li>- Chiều dài sensor: <math>\leq 750\text{mm}</math>.</li><li>- Điều kiện lắp đặt của sensor sau van chặn DN500: Khoảng cách từ van chặn đến sensor là 0D.</li><li>- Nguồn điện: Sử dụng pin rời, điện áp tiêu chuẩn: 3.6V; Dung lượng tối thiểu 17.000 mAh, lắp đặt trong nhà bơm hoặc vị trí có mái che tương đương để bảo đảm điều kiện vận hành và tuổi thọ pin.</li><li>- Bộ hiển thị: Dạng rời, đồng bộ với sensor; lắp đặt trong nhà bơm hoặc vị trí có mái che tương đương để thuận tiện cho công tác vận hành, theo dõi và bảo trì.</li></ul> |              |        | Cái         | 01       |                     |                        |         | Được lắp đặt cho đường ống DN500, lắp tại hố van có sẵn trong trạm bơm nước Cao Vân<br>Thiết bị phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm định, đáp ứng yêu cầu sử dụng trong đo lường thanh toán thương mại |